



**Politechnika Lubelska**  
Biuro Zamówień Publicznych  
20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 40A  
tel. +48 81 538 46 32, e-mail: [bzp@pollub.pl](mailto:bzp@pollub.pl)

Lublin, dnia 14 października 2020 r.

Nr sprawy KP-272-PNK-119/2020 - 480

### Wykonawcy zainteresowani postępowaniem

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.  
**Dostawa bezinwazyjnego przepływomierza ultradźwiękowego.**

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1)

Zamawiający, **Politechnika Lubelska**, działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Pzp, dokonuje wyjaśnień treści SIWZ poprzez udzielenie odpowiedzi na złożone zapytania bez ujawniania ich źródła:

#### Pytanie nr 1

Proszę o doprecyzowanie „opisu przedmiotu zamówienia” na dostawę bezinwazyjnego przepływomierza ultradźwiękowego w poniższej kwestii:

- czy przepływomierz bezinwazyjny ma być wykonany w wersji stacjonarnej, czy też ma to być urządzenie w pełni przenośne?

Jeśli ma to być przetwornik stacjonarny: proszę określić napięcie zasilania: 230VAC czy 24 VDC ?

Przetwornik przenośny natomiast wyposażony jest w baterię i standardowe zasilanie 230 VAC.

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przepływomierz ma być w pełni przenośny, wyposażony w baterie.

Podpisano

*Z-ca Kanclerza Politechniki Lubelskiej*

*/-/ mgr Agnieszka Kluska*