



**Politechnika Lubelska**  
Biuro Zamówień Publicznych  
20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 40A  
tel. +48 81 538 46 32, e-mail: [bzp@pollub.pl](mailto:bzp@pollub.pl)

**Pismo: KP-272-PNK-122/2020 - 487**

Lublin dnia: 2020-10-19

**Uczestnicy postępowania  
KP-272-PNK-122/2020**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa pieca komorowego elektrycznego oraz komory do badań cieplnych na potrzeby Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej z podziałem na 2 części.**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

Zamawiający, **Politechnika Lubelska**, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dokonuje wyjaśnień treści SIWZ poprzez udzielenie odpowiedzi na złożone zapytanie bez ujawniania jego źródła:

**Pytanie**

Jak rozumieć informację:

- 6 próbek prostopadłościennych o wymiarach: max. 80x150x700 mm,
  - 18 próbek sześciennych o boku max. 150 mm.
- Czy próbki te będą wypalane wszystkie razem? Czy też 6 próbek lub 18 innych?  
Ma to wpływ na wielkość komory.

**Odpowiedź**

- 6 próbek prostopadłościennych o wymiarach: max. 80x150x700 mm,  
*Oznacza to że mogą być też wypalane mniejsze próbki prostopadłościenne,*
- 18 próbek sześciennych o boku max. 150 mm.  
*Oznacza to że mogą być też wypalane mniejsze próbki sześciennie,*
- *Próbki powinny być wypalane wszystkie razem*

Zatwierdził  
**Z – ca Kanclerza Politechniki Lubelskiej**  
**/-/ mgr Agnieszka Kluska**