



Politechnika Lubelska
Biuro Zamówień Publicznych
20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 40A
tel. +48 81 538 46 32, e-mail: bzp@pollub.pl

Lublin, dnia 21 października 2020 r.

Nr sprawy KP-272-PNK-123/2020 - 493

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
Dostawa czujników pomiarowych do badań.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1)

Zamawiający, **Politechnika Lubelska**, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, dokonuje wyjaśnień treści SIWZ poprzez udzielenie odpowiedzi na złożone zapytania bez ujawniania ich źródła:

Pytanie nr 1

Uprzejmie proszę o informację czy w przetargu mogą brać udział tylko zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych? Jeżeli nie, będę bardzo wdzięczna za w miarę możliwości doprecyzowanie: czujnik powinien być kompatybilny z posiadanymi analizatorami drgań - jakimi?

Odpowiedź:

Zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu nr 597263-N-2020 z dnia 14 października 2020 r. o zamówienie NIE mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie zmarginalizowanych.

W kwestii kompatybilności czujników, Zamawiający zwraca uwagę na informacje zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia:

- h. przewód zintegrowany do czujnika nie krótszy niż 3 m, umożliwiający połączenie czujnika z analizatorem drgań (wejście analizatora styk BNC)
- i. czujnik powinien być kompatybilny z posiadanymi analizatorami drgań, tj. zakres wejść analizatorów maksymalnie $\pm 10V$, zasilanie ICP 4 mA.

Podpisano

Z-ca Kanclerza Politechniki Lubelskiej
/-/ mgr Agnieszka Kluska