



Politechnika Lubelska

Biuro Zamówień Publicznych

20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 40A

tel. +48 81 538 46 32, e-mail: bzp@pollub.pl

Pismo: KP-272-PNK-124/2020 - 495

Lublin dnia: 2020-10-21

**Uczestnicy postępowania
KP-272-PNK-124/2020**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa aparatury badawczej i pomiarowej na potrzeby Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej z podziałem na 10 części**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1)

Zamawiający, **Politechnika Lubelska**, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dokonuje wyjaśnień treści SIWZ poprzez udzielenie odpowiedzi na złożone zapytanie bez ujawniania jego źródła:

Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pompy turbomolekularnej chłodzonej powietrzem z kołnierzem DN 100 ISO – K wraz z odpowiednią redukcją na DN 63 ISO – K ?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pompy turbomolekularnej chłodzonej powietrzem z kołnierzem DN 100 ISO – K wraz z odpowiednią redukcją na DN 63 ISO – K.

Zatwierdził

Z – ca Kanclerza Politechniki Lubelskiej

/-/ mgr Agnieszka Kluska