



Politechnika Lubelska
Biuro Zamówień Publicznych
20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 40A
tel. +48 81 538 46 32, e-mail: bzp@pollub.pl

Lublin, dnia 28 października 2020 r.

Nr sprawy KP-272-PNK-131/2020-518

***Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego***

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 214 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ***Dostawa szybkiej kamery cyfrowej***

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Politechnika Lubelska, działając na podstawie art. 38 ustawy Pzp, dokonuje wyjaśnień poprzez udzielenie odpowiedzi na złożone we wniosku zapytania treści SIWZ bez ujawniania jego źródła w następującym zakresie:

Pytanie:

Czy wymaganie posiadania przez oferowaną kamerę złącza „eSata (min. 3 Gbps)” jest konieczne w przypadku, gdy oferowana przez nas kamera posiada dysk wymienny (tj. dysk, na który nagrywa się nagranie wideo) oraz posiada również możliwość przegrania ujęć z kamery na nośnik zewnętrzny poprzez stację dokującą ze złączem USB 3.0, dostarczaną razem z kamerą?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na brak interfejsu eSata (min. 3 Gbps) pod warunkiem, że bez konieczności wyjmowania z kamery jej dysku wewnętrznego (lub innego modułu wewnętrznej pamięci przeznaczonej do szybkiej rejestracji obrazu) będzie można podłączyć go do zewnętrznego systemu komputerowego, wykorzystując interfejsy: Gigabit Ethernet i/lub USB 3.0.

Zatwierdził

Z-ca Kanclerza Politechniki Lubelskiej

mgr Agnieszka Kluska